

# ÖSTERREICHISCHER EICHDienst

Ermächtigt durch das  
BUNDESAMT FÜR EICH- und VERMESSUNGSWESEN

Eichstelle Nr. 542 für Waagen  
Verification Body No. 542 for Scales



GEMEINNÜTZIGER VEREIN FÜR BAUTECHNISCHE VERSUCHS- UND FORSCHUNGSARBEITEN SALZBURG

**BAUTECHNISCHE** Staatlich akkreditierte Prüf-, Überwachungs-, Kalibrier- und Eichstelle

**VERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT SALZBURG**

A - 5020 SALZBURG, Alpenstraße 157, Institutsvorstand: Zivilingenieur Dipl.-Ing. Norbert Glantschnigg  
Telefon 0662/621758-0 | Fax 0662/621758-199 | URL <http://www.bvfs.at> | e-mail [info@bvfs.at](mailto:info@bvfs.at)

**bvfs**



Eichschein  
Verification Certificate

Gegenstand  
Object **Nichtselbsttätige Waage**

Hersteller  
Manufacturer **Schenk**

Typ  
Type **Disomat Tersus**

Herstellernummer  
Serial number **DT-0253**

Auftraggeber  
Customer **Polizeiinspektion 9900 Lienz  
Hauptplatz 5a**

Eichnummer  
Verification No **2013-7682**

Anzahl der Seiten des Eichscheines  
Number of pages of the certificate **2**

Datum der Eichung  
Date of verification **13.09.2013**

Die Eichung erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage der § 35 des Maß- und Eichgesetzes BGBl. Nr. 152/1950 in gültiger Fassung. Dieser Eichschein dokumentiert die Rückführbarkeit auf nationale Normale zur Darstellung der physikalischen Einheit in Übereinstimmung mit dem internationalen Einheitensystem (SI).

Für die Einhaltung der Nacheichfrist gemäß § 15 des Maß- und Eichgesetzes ist der Benutzer verantwortlich.

*The verification is performed in accordance with the § 35 of the Metrology Act, federal gazette Nr. 152 1950 in the amended version*

*This verification certificate documents the traceability to national standards, which realize the physical units of measurement according to the International system of units (SI).*

*The user is obliged to have the object reverified at the intervals given in § 15 of the Metrology Act.*

Dieser Eichschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen sind unzulässig. Eichscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.

*This verification certificate may not be reproduced other than in full. Verification certificates without signature and seal are not valid.*

Stempel  
Seal

Datum  
Date

27.09.2013

Leiter der Eichstelle  
The head of the verification body

Zeichnungsberechtigter  
Person responsible

(Dipl.-Ing. H. Biermann-Zandanel)

(H. Rassinger)

Für die Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg:

Der Institutsvorstand  
The head of the institute

(Dipl.-Ing. N. Glantschnigg)

Direktor

Director

Eichstelle der bvfs im Internet: <http://eichstelle.bvfs.at>

# ÖSTERREICHISCHER EICHDIENST

Eichnummer  
Verification No 2013-7682

Datum der Eichung /Date of verification 13.09.2013

Eingangsdatum /Date of arrival ---

## Kenndaten *Characteristic Values*

Waagentyp <i>Type of Scale</i>	Disomat Tersus	Baujahr <i>Year of manufacture</i>	2008
Bauartzulassung <i>Design Approval</i>	D07-09-012	Genauigkeitsklasse <i>accuracy class</i>	III
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Schenk	Seriennummer <i>Serial Number</i>	DT-0253

## Eichtechnische Prüfung *Verification Procedure*

Der eingereichte Gegenstand wurde auf der Grundlage der Eichvorschrift für Nichtselbsttätige Waagen und der erteilten Zulassung unter Anschluss an die Normale der Eichstelle der bvfS geeicht

Die eichtechnische Prüfung erfolgte gemäß der Eichanweisung (EA-E002-NSW) für Nichtselbsttätige Waagen

## Ergebnis *Results*

**Waage wurde geeicht /-rückgewiesen**

## Messunsicherheit *Measurement Uncertainty*

Die erweiterte Messunsicherheit U für die Bestimmung der Messabweichung bei dieser Eichung beträgt:

Waage 1 Max 40 t: U= 24,5 kg

Waage 2 Max 40 t: U= 25,4 kg

Verbund Waage 1 und 2 Max 60 t: U= 36,8 kg

Die angegebene erweiterte Messunsicherheit U entspricht der zweifachen Standardunsicherheit (k=2) welche für eine Normalverteilung einen Grad des Vertrauens von etwa 95% bedeutet. Die Standardunsicherheit wurde in Übereinstimmung mit dem Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen. deutsche Übersetzung des "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML)", und damit gemäß dem, Dokument EA-4/02 ermittelt.

Anmerkung *Remarks* keine

Aufstellungsort *Site* Iseltalerstr.1; 9900 Leisach

Der Gegenstand erhielt die vorgeschriebenen Eich- und Sicherungsstempel.

Die Eichung verliert ihre Gültigkeit, wenn einer der in § 48 des Maß- und Eichgesetzes (MEG) angeführten Gründe gegeben ist, jedenfalls aber mit Ablauf der Nacheichfrist am 31. Dezember 2015

Ein Messgerät, dessen Eichung ungültig geworden ist, gilt als ungeeicht und darf im eichpflichtigen Verkehr nicht verwendet werden oder bereitgehalten werden.

Die Verwendungsbestimmungen sind einzuhalten.