

Eichamt

bev.gv.at

Eichamt Innsbruck

innsbruck.eich@bev.gv.at +43 512 588 091-828000 Fax +43 1 211 10-82991640 Bürgerstraße 34

6010 Innsbruck

Eichschein

Verification Certificate

Eichschein Nr. 14/2019

Verification certificate No. 14/2019

Gegenstand *Object* Selbsttätige Straßenfahrzeugwaage zum achsweisen Wägen in Fahrt

Die Eichung erfolgte durch die Eichbehörde auf der Grundlage des Maß- und Eichgesetzes (MEG), BGBI.

Bauart *Type*

DAW 50

Orundlage des Mals- und Eichgesetzes (MEG), BGBI.

Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung. Dieser

Eichschein dokumentiert die Rückverfolgbarkeit auf

nationale Normale zur Darstellung der

Identifikation Nr. E070003

physikalischen Einheiten in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Maßeinheiten.

*Identification*Hersteller

Für die Einhaltung der gesetzlich festgelegten

Manufacturer

VKT

Nacheichfrist ist der Benutzer verantwortlich.

The verification is performed by the verification

Antragsteller Applicant Amt der Tiroler Landesregierung Abteilung Verkehrsrecht authority in accordance with the metrology act (MEG) Federal Law Gazette No. 152/1950, as amended. This verification certificate documents the traceability to national standards, which realize the

Heiliggeiststraße 7-9
A-6020 Innsbruck

traceability to national standards, which realize the physical units of measurements according to the legal physical units.

Anzahl der Seiten Number of pages

2

The user is obliged to adhere to the intervals for reverification.

Datum der Eichung Date of verification 5. Juli 2019

Dieser Eichschein darf nur vollständig und unverändert weitergegeben werden. Auszüge oder Änderungen sind unzulässig. Eichscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.

This verification certificate may not be reproduced other than in full. Verification certificates without signature and seal are not valid.

Gebührenfrei gem. Gebührengesetz 1957 i.d.g.F.

Stempel Seal Datum Date Der Leiter des Eichamtes Innsbruck: The head of

Innsbruck Verification

18.Juli 2019

ng. Thomas Lechthaler



Kenndaten: .

Characteristic values

Selbsttätige Straßenfahrzeugwaage zum achsweisen Wägen in Fahrt

Max (Achslast) = 20 t

e = d = 50 kg

Min (Achslast) = 500 kg

Eichtechnische Prüfung:

Verification procedure

Der eingereichte Gegenstand wurde auf der Grundlage der Eichvorschriften für selbsttätige Straßenfahrzeugwaagen veröffentlicht im Amtsblatt für das Eichwesen Nr. 3/2006, Anhang II und der erteilten Zulassung OE00/W701 unter Anschluss an die österreichischen Normale des BEV geeicht.

Ort der Eichung: Kontrollstelle Brennerpass

Ergebnis:

Results

Die Anforderungen der oben angeführten Eichvorschriften bzw. Zulassung wurden eingehalten, insbesondere auch die Eichfehlergrenzen.

Messunsicherheit:

Measurement uncertainty

Die erweiterte Messunsicherheit U für die Bestimmung der Messabweichung bei dieser Eichung beträgt ist kleiner als \leq 1/3 der Eichfehlergrenzen.

Die angegebene erweiterte Messunsicherheit U entspricht der zweifachen Standardunsicherheit (k=2), welche für eine Normalverteilung einen Grad des Vertrauens von etwa 95 % bedeutet. Die Standard-unsicherheit wurde in Übereinstimmung mit dem Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen (GUM), "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008, ermittelt.

Anmerkungen:

Remarks

Der Gegenstand erhielt die vorgeschriebenen Eich- und Sicherungsstempel.

Die Eichung verliert ihre Gültigkeit, wenn einer der in § 48 MEG angeführten Gründe gegeben ist, jedenfalls aber mit Ablauf der Nacheichfrist am 31. Dezember 2021

Ein Messgerät, dessen Eichung ungültig geworden ist, gilt als ungeeicht und darf im eichpflichtigen Verkehr nicht verwendet oder bereitgehalten werden.

Verwendungsbestimmungen sind einzuhalten.