

Eichschein

Verification Certificate

Eichschein Nr. 3 / 2004

Verification certificate No.

Gegenstand
Object Nichtselbsttätige Waage (III)

Bauart
Type Disomat S

Identifikation
Identification Fab. Nr. : DSO131

Hersteller
Manufacturer Schenck

Antragsteller
Applicant Landesgendarmeriekommando
Tirol-Verkehrsabteilung,
Außenstelle Lienz
9900 Lienz, Iseltaier Str. 1

Anzahl der Seiten
Number of pages 2

Datum der Eichung
Date of verification 22. September 2004

Die Eichung erfolgte durch die Eichbehörde auf der Grundlage des Maß- und Eichgesetzes (MEG), BGBl.Nr.152/1950, zuletzt geändert durch BGBl.I Nr. 146/2002. Dieser Eichschein dokumentiert die Rückverfolgbarkeit auf nationale Normale zur Darstellung der physikalischen Einheiten in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Maßeinheiten. Für die Einhaltung der gesetzlich festgelegten Nachreichfrist ist der Benutzer verantwortlich.

The verification is performed by the verification authority in accordance with the metrology act (MEG) federal gazette No. 152/1950, last amended with federal gazette No. 146/2002. This verification certificate documents the traceability to national standards, which realize the physical units of measurements according to the legal physical units. The user is obliged to adhere to the intervals for reverification.

Dieser Eichschein darf nur vollständig und unverändert weitergegeben werden. Auszüge oder Änderungen sind unzulässig. Eichscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.

This verification certificate may not be reproduced other than in full. Verification certificates without signature and seal are not valid.

Stempel
Seal

Datum
Date

Für den Leiter des Eichamtes
im Auftrag:
By order of the head of
Verification Office:

27. September 2004


Absalon Michael Glantschnig



Eichamt Klagenfurt
A - 9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 35
Kundenservice: nach tel. Vereinbarung

Telefon: +43-463-55401
Telefax: +43-463-590671
E-mail: klagenfurt.eich@bev.gv.at

PSK Konto 5191134, BLZ 6000
IBAN: AT20 6000 0000 0519 11 34
BIC: OPSKATWW
UID-Nr.: ATU 384 732 00

Eichschein Nr. 3 / 2004

Verification certificate No.

Kenndaten: Max = 40000/40000/60000 kg Min = 400 kg e = 20 kg

Characteristic values

Eichtechnische Prüfung:

Verification procedure

Der eingereichte Gegenstand wurde auf der Grundlage der Eichvorschriften für Nichtselbsttätige Waagen und der erteilten Zulassung (Zl. D-95-09-029) unter Anschluss an die österreichischen Normale des BEV geeicht.

Ort der Eichung : Baubezirksleitung, 9900 Leisach

Die eichtechnische Prüfung erfolgte nach den Eichanweisungen für die Eichung von Nichtselbsttätigen Waagen (QMAA Nr. A_19201).

Ergebnis:

Results

Die Anforderungen der oben angeführten Eichvorschriften bzw. Zulassung wurden eingehalten, insbesondere auch die Eichfehlergrenzen.

Messunsicherheit:

Measurement uncertainty

Die erweiterte Messunsicherheit U beträgt 1/3 der in den Eichvorschriften angegebenen Eichfehlergrenzen.

Die angegebene erweiterte Messunsicherheit U entspricht der zweifachen Standardunsicherheit ($k=2$), welche für eine Normalverteilung einen Grad des Vertrauens von etwa 95 % bedeutet. Die Standardunsicherheit wurde in Übereinstimmung mit dem Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen, deutsche Übersetzung des „Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML)“, und damit gemäß dem Dokument EA -4/02 ermittelt.

Anmerkungen:

Remarks

Der Gegenstand erhielt die vorgeschriebenen Eich- und Sicherungsstempel.

Die Eichung verliert ihre Gültigkeit, wenn einer der in § 48 MEG angeführten Gründe gegeben ist, jedenfalls aber mit Ablauf der Nacheichfrist am 31. Dezember 2006.

Ein Messgerät, dessen Eichung ungültig geworden ist, gilt als ungeeicht und darf im eichpflichtigen Verkehr nicht verwendet oder bereitgehalten werden.

Verwendungsbestimmungen sind einzuhalten.